

E v o l u t i s
C R E A T E U R F A B R I C A N T



Product Sheet
EMERGENCE[®]
Fiche Produit

Cemented Total Hip System

*Prothèse Totale de Hanche
Cimentée*

References

Stem / Tige EMERGENCE

Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 0	H41 000
Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 1	H41 001
Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 2	H41 002
Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 3	H41 003
Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 4	H41 004
Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 5	H41 005
Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 6	H41 006

Stainless Steel Femoral Head / Tête fémorale Inox

	Ø 22.2	Ø 28
XS	-	H11 0279
S	H11 0220	H11 0280
M	H11 0221	H11 0281
L	H11 0222	H11 0282
XL	-	H11 0283

Cup / Cupule EMERGENCE

	Ø 22.2 (inner / interne)	Ø 28 (inner / interne)
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 42	H23 E2242	
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 44	H23 E2244	H23 E2844
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 46		H23 E2846
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 48		H23 E2848
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 50		H23 E2850
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 52		H23 E2852
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 54		H23 E2854
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 56		H23 E2856
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 58		H23 E2858

Instrumentation H24 9100 Instrument set

Femoral Instrumentation / Instrumentation Fémorale	H42 9100
Acetabular Instrumentation / Instrumentation Cotyle	H24 9100



Evolutis
MOTION INSIDE

Mentions légales :

Les implants EMERGENCE sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires totales (PTH).
Les implants EMERGENCE sont destinés uniquement à une fixation cimentée. NE PAS UTILISER ces implants dans le cadres d'une arthroplastie sans ciment.
Les implants EMERGENCE sont pris en charge par l'assurance maladie sous certaines conditions, pour connaître les conditions spécifiques de prise en charge, merci de vous rendre sur le site officiel de l'assurance maladie www.ameli.fr.
Le chirurgien est invité à lire attentivement les instructions mentionnées sur la notice d'utilisation incluse dans le conditionnement du dispositif médical, ainsi que le manuel de technique opératoire délivré à la mise en place du produit ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutisfrance.com.

Materials / Matériaux :

Stems: high nitrogen content stainless steel according ISO 5832-9
Cups: UHMWPE according ISO 5834-1 & 2, radiolucent ring in stainless steel according ISO 5832-1
Femoral heads: high nitrogen content stainless steel according ISO 5832-9
Packaging: Sterilized under Gamma irradiation, VacUpac packaging
Tiges : acier inoxydable à haute teneur en azote selon ISO 5832-9
Cupules : UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2, fil repère en acier inoxydable selon ISO 5832-1
Têtes fémorales : acier inoxydable à haute teneur en azote selon ISO 5832-9
Conditionnement : Stérilisé sous rayonnement Gamma, conditionnement VacUpac

CE Evolutis
10 Place des Tuilliers, 42720 Briennon, France
2797 Tel : +33. (0)477.60.79.99 – Fax : +33. (0)477.60.79.90
www.evolutisfrance.com

